	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»	П 1-04-2020
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр. 1 из 4
	ПОЛИТИКА О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	Редакция: 1

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. директора
 ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»
 А.М. Шхагапсоева
 " 15 " _____ 2021 г.



ПОЛИТИКА О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Взамен П 1-04-2020 от 11.01.2021

П 1-04-2020


РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель

Испытательного центра

 Е.В. Малькова

" 15 " 02 2021 г

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»	П 1-04-2020
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр. 2 из 4
	ПОЛИТИКА О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	Редакция: 1



Утверждаю

И.о. директора

ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»

А.М. Шхагапсоева

2021 г.

Политика о метрологической прослеживаемости результатов измерений


Для обеспечения достоверности результатов Испытательный центр ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория» (далее - ИЦ) реализует политику в соответствии с Политикой Росаккредитации по прослеживаемости результатов измерений и использует руководящие документы, которые содействуют гармонизации форм представления и подходов к обеспечению метрологической прослеживаемости результатов.

Метрологическая прослеживаемость подразумевает под собой непрерывную цепь передачи единиц величин (поверок и калибровок), каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений. Метрологическая прослеживаемость связана с опорными значениями величин и результатами измерений.

Целью в области обеспечения прослеживаемости результатов измерений является создание и поддержание функционирования системы обеспечения единства измерений в ИЦ для прослеживаемости измерений, проведенных ИЦ, к Международной системе единиц.

Задачи, поставленные для достижения цели в ИЦ:

1. Перед вводом в эксплуатацию и периодически согласно требованиям нормативной документации на методы испытаний и законодательству РФ «Об обеспечении единства измерений» проводить поверку (при необходимости - калибровку) всех средств измерений, используемых для испытаний и/или калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов испытания, калибровки или отбора образцов.
2. Поверку и калибровку СИ проводить с привлечением калибровочных лабораторий, аккредитованных в Росаккредитации, которые могут продемонстрировать свою компетентность, измерительные возможности и прослеживаемость к первичным эталонам Международной системы единиц (СИ).
3. Обеспечивать достоверность измерений путем передачи единиц от соответствующих эталонов величин, например:

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»	П 1-04-2020
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Стр. 3 из 4
	ПОЛИТИКА О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	Редакция: 1

- использование стандартных образцов, предоставленных компетентным поставщиком, чтобы получить надежные значения физических или химических характеристик. Стандартные образцы по возможности должны быть прослеживаемыми к единицам СИ или к стандартным образцам утвержденного типа, характеристики стандартных образцов могут не быть метрологически прослеживаемы, а характеристики стандартных образцов утвержденного типа должны прослеживаться обязательно;
- использование установленных методик и/или согласованных стандартов, четко изложенных и принятых всеми заинтересованными сторонами;
- регулярное участие в соответствующих программах межлабораторных сравнительных испытаний.

Руководитель ИЦ обязуются выполнять требования Политики Росаккредитации по прослеживаемости в рамках Договоренности ILAC в части проведения работ по испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и гарантируют, что используемое оборудование (измерительное и испытательное) может обеспечить необходимую прослеживаемость и достоверность результата испытаний.

Созданы следующие условия для выполнения поставленных задач и обязательств:

1. В ИЦ документирована и функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, включая расчет неопределенности;
2. В Учреждении создана и функционирует метрологическая служба, в функции которой входит контроль за состоянием и применением средств измерений, методик измерений, эталонов единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм, содержащихся в нормативных документах по обеспечению единства измерений (далее - метрологический надзор);
3. ИЦ регулярно проходит проверки Федерального государственного метрологического надзора и внешние оценки соответствия национальным органом по аккредитации;
4. ИЦ обладает необходимым персоналом для достижения цели и реализации поставленных задач. Все сотрудники ИЦ, участвующие в проведении исследований (испытаний), ознакомлены с настоящей Политикой под личную подпись и руководствуются ей в своей деятельности.

Руководитель ИЦ



Е.В. Малькова